

はかり校正の拡張不確かさ (k=2)

計量器等の種類	校正範囲		拡張不確かさ	
			恒久的施設 で行う校正	現地校正
電子式非自動はかり	1 g 以上	10 g 以下	2.7 mg	2.7 mg
	10 g 超	100 g 以下	2.7 mg	2.7 mg
	100 g 超	150 g 以下	2.7 mg	2.8 mg
	150 g 超	220 g 以下	2.2 mg	2.3 mg
	220 g 超	320 g 以下	2.8 mg	2.9 mg
	320 g 超	420 g 以下	2.4 mg	2.5 mg
	420 g 超	520 g 以下	2.7 mg	2.8 mg
	520 g 超	620 g 以下	3.1 mg	3.2 mg
	620 g 超	820 g 以下	2.9 mg	3.0 mg
	820 g 超	1200 g 以下	4.0 mg	4.1 mg
	1200 g 超	2200 g 以下	14 mg	15 mg
	2200 g 超	3200 g 以下	28 mg	28 mg
	3200 g 超	4200 g 以下	24 mg	25 mg
	4200 g 超	5200 g 以下	28 mg	29 mg
	5200 g 超	6200 g 以下	32 mg	32 mg
	6200 g 超	8200 g 以下	32 mg	33 mg
	8200 g 超	11 kg 以下	40 mg	41 mg
	11 kg 超	17 kg 以下	0.14 g	0.15 g
	17 kg 超	22 kg 以下	0.13 g	0.13 g
	22 kg 超	33 kg 以下	0.28 g	0.29 g
	33 kg 超	42 kg 以下	0.24 g	0.25 g
	42 kg 超	52 kg 以下	0.28 g	0.29 g
	52 kg 超	65 kg 以下	0.32 g	0.32 g
	65 kg 超	100 kg 以下	2.7 g	2.8 g
	100 kg 超	200 kg 以下	2.8 g	3.3 g
	200 kg 超	300 kg 以下	5.4 g	6.4 g
	300 kg 超	400 kg 以下	27 g	31 g
	400 kg 超	500 kg 以下	27 g	32 g
	500 kg 超	600 kg 以下	27 g	32 g
	600 kg 超	800 kg 以下	54 g	62 g
800 kg 超	1000 kg 以下	54 g	63 g	
1000 kg 超	1500 kg 以下	54 g	65 g	
1500 kg 超	2000 kg 以下	0.14 kg	0.16 kg	